SIGER U100

Dental Systems · Характеристики и комплектация

Модель	SIGER U100
Производство	Китай
Подача инструментов	Нижняя
Позиции блока врача	5
Панель врача и ассистента	Мембранная
Фиксация блока врача	Пневматическая
Негатоскоп	Предусмотрен
Пистолет вода–воздух	На блоках врача и ассистента
Турбинные подключения	Линии Midwest; наличие фиброоптики — по комплектации
Подключение микромотора	Пневматический; электрический — по комплектации
Блок ассистента	До 4 позиций
Аспирация	Эжекторная; исполнение под вакуумную помпу — по заказу
Привод кресла	Электромеханический
Память кресла	5 положений
Подголовник	Артикуляционный, регулируемый
Остановка движения кресла	Аварийная остановка
Гидроблок	Поворотный, совмещён с креслом
Плевательница	Керамическая, поворотная, съёмная

Информационный лист товара. Не заменяет руководство производителя. Комплектация и параметры подключения сверяются с паспортом поставляемого исполнения.

SIGER U100

Dental Systems · Характеристики и комплектация

Наполнение стакана и омыв чаши	Автоматические
Подача воды на инструменты	Автономная система
Подогрев воды	Бойлер
Обработка водяных линий	Система дезинфекции шлангов; по регламенту инструкции
Педаль	Многофункциональная: кресло и инструменты
Подлокотник	Левый; дополнительное оснащение — по заказу
Обивка	Бесшовная; альтернативные материалы — по заказу
Светильник	Исполнение 10 000–28 000 лк; альтернативный модуль — по заказу
Электропитание	220 ± 22 В, 50 Гц по паспорту модели; параметры конкретного исполнения сверяются до монтажа
Потребляемая мощность	900 В·А по паспорту модели
Питание электромотора	24 В постоянного тока
Давление воздуха	Не менее 550 кПа по паспорту модели
Условия эксплуатации	+10…+40 °C; относительная влажность 30–75 % по паспорту модели
Давление воды	200–400 кПа (2–4 бар), сверить с паспортом исполнения
Расход воздуха	От 50 л/мин по техническим параметрам серии
Расход воды	От 10 л/мин по техническим параметрам серии
Защита от поражения током	Класс I, рабочая часть типа B

Информационный лист товара. Не заменяет руководство производителя. Комплектация и параметры подключения сверяются с паспортом поставляемого исполнения.